

1014528



新乡市产品质量检验检测中心

检定证书

证书编号: 电403401-0815

送检单位	新乡市卫滨区市场监督管理局
计量器具名称	单相智能电能表
型号/规格	DDZY411-Z
出厂编号	见附件(20只)
制造单位	航天亮丽电气有限责任公司
检定依据	JJG596-2012《电子式交流电能表》
检定结论	2级合格

(检定专用章)

批准人:

高阳东

核验员:

高阳东

检定员:

姜胜

检定日期 2024年09月24日

有效期至 2029年09月23日

计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2023)410008号

地址: 河南省新乡市中原路东段656号

传真: 0373-3832567

电话: 0373-3832506/0373-3832561

邮编: 453002

电子邮件: xxjczx3832506@163.com

1014529



新乡市产品质量检验检测中心

证书编号: 电403401-0815

我中心系法定计量检定机构

计量授权机构: 河南省市场监督管理局

计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2023)410008号

测量溯源性说明: 本检定使用的计量器具均可溯源到国家计量基准

检定所使用的计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
单相电能表检定装置	(0~220) V; (0~100) A	0.1级	1022AE0200060	2024-10-21

检定地点及期环境条件:

地点: 104室

温度: 20 °C

相对湿度: 40 %

其他:

限制使用条件和测量范围: /

注:

- 1、我中心仅对加盖“新乡市产品质量检验检测中心检定专用章”的完整证书负责。
- 2、本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效。
- 3、请妥善保管此证书。

1014530



新乡市产品质量检验检测中心

证书编号: 电403401-0815

检定结果

器具名称	出厂编号	外观检查	起动试验	潜动试验	基本误差检定	仪表常数试验	检定结论
单相费控智能电能表	112000109127	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109128	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109126	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109123	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109121	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109125	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000109117	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000111646	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113399	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113397	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113398	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113394	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113393	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000113400	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000119851	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000119850	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000119852	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000119856	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000120613	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	112000120621	合格	合格	合格	合格	合格	合格

以下空白

