

1014524



新乡市产品质量检验检测中心

检定证书

证书编号: 电403401-0816

送检单位	新乡市卫滨区市场监督管理局
计量器具名称	单相智能电能表
型号/规格	DDZY1800-Z
出厂编号	见附件(20只)
制造单位	南京能瑞自动化设备股份有限公司
检定依据	JJG596-2012《电子式交流电能表》
检定结论	2级合格

(检定专用章)

批准人:

商阳东

核验员:

商阳东

检定员:

赵壮

检定日期 2024年09月24日

有效期至 2029年09月23日

计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2023)410008号

地址: 河南省新乡市中原路东段656号

传真: 0373-3832567

电话: 0373-3832506/0373-3832561

邮编: 453002

电子邮件: xxjczx3832506@163.com

1014525



新乡市产品质量检验检测中心

证书编号: 电403401-0816

我中心系法定计量检定机构

计量授权机构: 河南省市场监督管理局

计量检定机构授权证书号: (豫)法计(2023)410008号

测量溯源性说明: 本检定使用的计量器具均可溯源到国家计量基准

检定所使用的计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
单相电能表检定装置	(0~220) V; (0~100) A	0.1级	1022AE0200060	2024-10-21

检定地点及期环境条件:

地点: 104室

温度: 20 °C

相对温度: 40 %

其他:

限制使用条件和测量范围: /

注:

- 1、我中心仅对加盖“新乡市产品质量检验检测中心检定专用章”的完整证书负责。
- 2、本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效。
- 3、请妥善保管此证书。

1014526



新乡市产品质量检验检测中心

证书编号: 电403401-0816

检定结果

器具名称	出厂编号	外观检查	起动试验	潜动试验	基本误差检定	仪表常数试验	检定结论
单相费控智能电能表	#000043103496	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043089851	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043090496	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043090489	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043086937	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043097756	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043091099	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043093202	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043086644	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043102685	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043087379	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043105580	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043103499	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043097654	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043097658	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043086515	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043089856	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043086552	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043097660	合格	合格	合格	合格	合格	合格
单相费控智能电能表	#000043102679	合格	合格	合格	合格	合格	合格

以下空白



XXJC
2014-1-2
2014-1-2
2014-1-2